

## Embenats funcionals

**Sindactília**

<b>Descripció</b>	Embenat funcional rígid terapèutic per a les lesions dels lligaments colaterals de les interfalàngiques dels dits.
<b>Objectiu</b>	<input type="checkbox"/> Limitar el valg/var de l'articulació afectada. <input type="checkbox"/> Dificultar la flexió màxima de l'articulació afectada. <input type="checkbox"/> Impedir el sobreestirament dels lligaments colateral afecte. <input type="checkbox"/> Mantenir certa funcionalitat de la mà.
<b>Indicacions</b>	<input type="checkbox"/> Esquinços lleus dels lligaments colaterals de les articulacions metacarpofalàngiques <input type="checkbox"/> Després de retirada de la fèrula d'alumini per donar certa subjecció
<b>Material</b>	<input type="checkbox"/> Gel hidroalcohòlic <input type="checkbox"/> Guants de làtex o nitril d'un sol ús, no estèrils <input type="checkbox"/> Tape de 2 cm

**Procediment**

- Seguir les **Recomanacions generals** 5.2 del Procediment.
- Seguir les **Consideracions generals**, annex 2.
- Valorar les contraindicacions dels embenats funcionals (punt 8 del Procediment).
- No iniciar l'embenat amb els dits totalment junts.
- Evitar compressions.
- Deixar les puntes dels dits lliures per mantenir la sensibilitat i la funcionalitat de la mà.
- Amb els dits lleugerament separats, col·locar una tira semicircular a nivell de la primera falange.
- Es col·loca una segona tira en la segona falange.

**Complicacions**

- Veure **Complicacions generals** (punt 7 del Procediment)

**Instruccions**

- S'ha de canviar cada 5 dies.
- Controlar el dolor, l'edema dels dits i el color.
- Explicar signes d'alarma.

**Tractament de material residus**

- Desestimar tot el material d'un sol ús com a residu sanitari del grup II.